GOVERN DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
DIRECCIÓ GENERAL DE FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Alerta del Producte Sanitari tipus 2A: Cartuchos/cargas blancas de la endocortadora lineal endoscópica de ENDOPATH® ETS 35mm.
Ref.: PS154

Us comunic que en data, 26-6-2008 s'ha rebut en aquesta Conselleria, fax de la Subdirección General de Productos Sanitarios, del Ministeri de Sanitat i Consum, en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha, 26-6-2008 se ha recibido en esta Consellería, fax de la Subdirección General de Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el cual nos comunica lo siguiente:

"Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, comunicación de la empresa Johnson & Johnson S.A, sita en, Pº de las Doce Estrellas nº 5, 28042, Madrid, relacionada con la retirada del mercado de determinados lotes de los cartuchos/cargas blancas de la endocortadora lineal endoscópica de ENDOPATH® ETS 35mm, productos y kits que contienen estos cartuchos, fabricados por Ethicon Endo-Surgery Inc (EEUU), debido a la posibilidad de que el cartucho despliegue una línea de grapas incompletas.
Johnson & Johnson ha identificado un fallo en la producción de componentes que puede causar que el cartucho despliegue una línea de grapas incompletas.
La empresa ha enviado dos Notas de aviso, una para informar de la retirada a los distribuidores y otra para informar a los centros que han recibido los productos afectados junto con la relación de códigos y números de lote afectados enviados a cada distribuidor y centro sanitario, en la que se incluyen las recomendaciones y acciones a seguir por cada uno de ellos".

Palma, 26 de juny de 2008

C/ Tomas Forteza, 40. 07006 Palma. Mallorca.
Tel.: 971775574 Fax.: 971176872

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2006
PREMI DE BRONZE