



Instrucció 25/2019, de 28 d'agost de 2019, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per a l'instal·lació, ús, formació i manteniment als centres educatius que disposen de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA)

El fet de disposar d'un desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA) implica una sèrie d'actuacions a realitzar per part dels centres educatius.

Registre i instal·lació del DESA

1. Tots els DESA han d'estar registrats a fi de ser localitzables pels serveis d'emergències en cas de situacions de risc vital. Per això, el centre educatiu que té instal·lat un DESA ha de presentar al Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció de la Conselleria de Salut i Consum una sol·licitud d'inscripció al Registre de DESA, amb la Declaració responsable de l'ús. L'enllaç és el següent:
<<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086>>
Una còpia del mateix ha de restar arxivada al centre educatiu.
2. L'equip directiu del centre educatiu que tengui instal·lat un DESA ha de registrar les dades de l'aparell al GestIB, a l'apartat: "Centre" - "Inventari", a la categoria "Desfibril·lador semiautomàtic (DESA)" on s'ha de crear un nou element i s'ha d'indicar **el número de sèrie, la ubicació i el proveïdor** (fa referència a qui pertany l'aparell: propi centre, Conselleria d'Educació, Ajuntament, altres) i tota aquella informació que sigui rellevant.
3. La retirada del DESA o qualsevol variació de les dades que integren la declaració responsable detallada al punt 1 ha de ser comunicada a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum. També cal modificar les dades registrades a l'inventari de GestIB esmentat al punt 2 d'aquest document.
4. El centre educatiu ha de col·locar en un lloc visible i de cara al públic un cartell indicatiu de l'existència i de la ubicació del desfibril·lador en el que ha de constar les normes d'utilització (incloses amb el DESA) i el missatge següent: "Atenció: Establiment dotat amb un desfibril·lador semiautomàtic extern". Així mateix, hi ha de figurar un senyal quadrat de color verd amb una creu blanca a l'extrem d'emergència (Annex 1), tal com figura en l'annex VI del Decret 137/2008, de 12 de desembre.

5. El DESA ha d'estar instal·lat preferentment devora un telèfon que permeti la comunicació immediata amb el 112/061.

Ús del DESA

1. La utilització d'un DESA ha de ser comunicada obligatòriament a la central d'emergències sanitàries 112/061, amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.
2. A més, la utilització d'un DESA s'ha de notificar a la Direcció General d'Avaluació, Acreditació i Inspecció mitjançant el document de comunicació d'incidències (Annex IV del Decret 137/2008, de 12 de desembre), el qual ha de trametre en el termini de tres dies la persona responsable del lloc on hagi ocorregut el succés. Aquest document el podeu trobar a l'enllaç següent:
<<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086>>
3. El document al qual es refereix l'apartat anterior també es pot lliurar a la persona responsable del servei d'urgències o emergències que hagi actuat.

Formació en l'ús de DESA

El personal docent i no docent del centre educatiu ha d'estar format en la utilització del DESA. Aquesta formació suposa la participació a les activitats formatives organitzades pel Servei d'Atenció a la Diversitat de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i impartides per la Gerència d'Atenció d'Urgències (GAU 061) o per qualsevol altra entitat formadora acreditada per la Direcció General del Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció.

És convenient revisar cada curs escolar que una part significativa del personal del centre educatiu tengui aquesta formació, així com assegurar periòdicament el reciclatge de les persones ja formades.

El director del centre es fa responsable de l'ús del DESA i de promoure la formació del personal del centre educatiu.

DESA cedits per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

En el marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca en l'atenció als infants i joves amb problemes de salut als centres educatius i dins el Programa Alerta Escolar Balear, els desfibril·ladors semiautomàtics cedits a centres educatius pel fet de tenir alumnes diagnosticats amb una cardiopatia amb risc de mort sobtada estan vinculats a l'escolarització de l'alumne al centre educatiu. Quan l'alumne deixi el centre s'ha d'informar al Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per valorar si s'ha de transferir a un altre centre educatiu d'acord amb les necessitats del moment.

S'utilitzarà el full de registre de traspàs/baixa de DESA quan l'aparell canviï de centre educatiu derivat de canvis/baixa d' alumnes amb cardiopatia, i es remetrà al Servei d'Atenció a la Diversitat (sad@dgice.caib.es). Aquest full de registre també es pot trobar a la pàgina web del Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa a la categoria Alumnat amb Problemes de Salut.

Manteniment del DESA

El centre educatiu és responsable de garantir-ne la conservació, el manteniment i l'ús, així com de la capacitat del personal. Això suposa vigilar la caducitat, revisió i reposició de les pales o elèctrodes, la bateria, el programari i tot el material sanitari necessari per a una correcta reanimació cardiopulmonar bàsica. Les despeses ocasionades pel manteniment de l'aparell són a càrrec del centre educatiu.

Qualsevol consulta que tengui el centre educatiu pel que fa al manteniment, s'ha de contactar amb el fabricant. Per als DESA cedits per la Conselleria d'Educació de la marca Phillips les persones de referència són les següents:

- Cristina Borja Mallach
Enginyera biomèdica, suport tècnic
Tel.: 671 32 78 63 cborja@dextromedica.com
- Maria Antònia Lliteras Mascaró
Enginyera biomèdica, suport tècnic
Tel.: 697 45 54 75 m.lliteras@dextromedica.com

Darrera actualització, 28 d'agost de 2019

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa




Amanda Fernández Rubí



Annex 1

SIGNE INDICADOR DE LA PRESÈNCIA DE
DEFIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMÀTIC



Annex 2

El Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel que s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en l' utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora del àmbit sanitari.

El Decret 137/2008, de 12 de desembre, modificat pel Decret 77/2012, de 21 de setembre, que regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm.178, de 20 de desembre)

