



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de ciertos códigos de artículo y lotes del mango de bisturí Force Triverse™ debido a un posible problema en el envase que podría comprometer la esterilidad de los productos.

PRODUCTO:

Mango de bisturí Force TriVerse™. Ver códigos de artículo y kits afectados en la nota de aviso de la empresa.

Ref.: PS104/20

Us comunic que en data 19-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Retirada del mercado de ciertos códigos de artículo y lotes del mango de bisturí Force Triverse™ debido a un posible problema en el envase que podría comprometer la esterilidad de los productos.

PRODUCTO:

Mango de bisturí Force TriVerse™. Ver códigos de artículo y kits afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE:

Ver nos de lote afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE: Covidien Iic, EE.UU.

DISTRIBUIDOR:

Medtronic Ibérica S.A. Plaça de la Pau s/n Edif. 7 3ª planta World Trade Center. C.P. 08940. Cornellà de Llobregat (Barcelona), España"

Palma, 19 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dofarmacia.caib.es