



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las llaves de infusión con anillo móvil, debido a la incorporación de las prácticas de uso y las contraindicaciones de los Luer macho con anillo móvil presente en estas llaves, para evitar el riesgo de una posible fuga del medicamento o de una posible entrada de aire en el tubo.

PRODUCTOS

Llaves de infusión con anillo móvil (Ref. RO...M)

Ref.: PS131/20

Us comunic que en data 03-3-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 03-3-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las llaves de infusión con anillo móvil, debido a la incorporación de las prácticas de uso y las contraindicaciones de los Luer macho con anillo móvil presente en estas llaves, para evitar el riesgo de una posible fuga del medicamento o de una posible entrada de aire en el tubo.

PRODUCTOS

Llaves de infusión con anillo móvil (Ref. RO...M)

FINALIDAD PREVISTA

Llaves de infusión de 3 vías destinadas a colocarse en una línea de infusión y permitir la administración de varias sustancias medicamentosas de forma simultánea o intermitente.

FABRICANTE

CAIR LGL, Francia

DISTRIBUIDOR

Laboratorios CAIR España S.L.U., C/ Eduardo Torroja 22, Naves 19 y 20, 28823 Coslada, Madrid."



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

Se adjuntan:

- Nota de aviso de la empresa
- Instrucciones de uso actualizadas

Palma, 3 de març de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda