



Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con los riesgos que conlleva el uso de múltiples líneas de extensión para permitir la colocación de una unidad de control PrisMax o Prismaflex fuera de la habitación del paciente, para minimizar la exposición a pacientes positivos por COVID-19.

PRODUCTO

Unidades de control Prismaflex y Prismaflex.

Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

Ref.: PS201/20

Us comunic que en data 16-4-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 16-4-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con los riesgos que conlleva el uso de múltiples líneas de extensión para permitir la colocación de una unidad de control PrisMax o Prismaflex fuera de la habitación del paciente, para minimizar la exposición a pacientes positivos por COVID-19.

PRODUCTO

Unidades de control Prismaflex y Prismaflex.

Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Monitores de diálisis para pacientes en estado crítico y que precisan de terapias continuas de reemplazo renal o de depuración sanguínea.

FABRICANTE

Gambro Lundia AB, Suecia.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Baxter S.L., Polígono Industrial Sector 14, C/ Pouet de Camilo, 2, 46394 Ribarroja del Turia, Valencia."

Palma, 16 d'abril de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda