



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con los Analizadores AQT90 FLEX debido a la posibilidad de que los lectores de códigos de barras puedan leer de forma incorrecta el contenido de un código de barras sin dígito de control impreso localmente para la ID del paciente o de la muestra en el analizador, pudiendo producirse mezcla de datos de pacientes o la pérdida de la muestra.

PRODUCTO

Analizadores AQT90 FLEX

Ref.: PS233/20

Us comunic que en data 06-5-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 06-5-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con los Analizadores AQT90 FLEX debido a la posibilidad de que los lectores de códigos de barras puedan leer de forma incorrecta el contenido de un código de barras sin dígito de control impreso localmente para la ID del paciente o de la muestra en el analizador, pudiendo producirse mezcla de datos de pacientes o la pérdida de la muestra.

PRODUCTO

Analizadores AQT90 FLEX

FINALIDAD PREVISTA

Determinación cualitativa y/o cuantitativa in vitro de sustancias químicas y/o marcadores biológicos en muestra clínica

FABRICANTE

Radiometer Medical ApS.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Radiometer Ibérica, S.L., Avda. Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid"

Palma, 6 de maig de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda