



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad respecto a determinados catéteres para hemodiálisis aguda MAHURKAR™ y Argyle™ debido a que los valores de volumen de cebado impresos en los mismos y en las instrucciones de uso son mayores que los volúmenes necesarios para llenar cada luz.

PRODUCTO:

Catéteres para hemodiálisis aguda MAHURKAR™ y Argyle™. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Ref.: PS254/19

Us comunic que en data 14-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 14-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad respecto a determinados catéteres para hemodiálisis aguda MAHURKAR™ y Argyle™ debido a que los valores de volumen de cebado impresos en los mismos y en las instrucciones de uso son mayores que los volúmenes necesarios para llenar cada luz.

PRODUCTO:

Catéteres para hemodiálisis aguda MAHURKAR™ y Argyle™. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE:

Covidien Ilc, EEUU.

DISTRIBUIDOR:

Medtronic Iberica S.A., WTC Almeda Park, Plaza de la Pau, s/n, edificio 7, planta 3, 08940 Barcelona.

"

Palma, 14 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez

p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

