G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del Videoduodenoscopio OLYMPUS, modelo TJF-160VR, respecto a la inspección a realizar de las guías elevadoras antes de cada uso del producto.
PRODUCTOS: Videoduodenoscopio OLYMPUS. Modelo TJF-160VR
Ref.: PS261/19

Us comunic que en data 21-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 21-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del Videoduodenoscopio OLYMPUS, modelo TJF-160VR, respecto a la inspección a realizar de las guías elevadoras antes de cada uso del producto.
PRODUCTOS: Videoduodenoscopio OLYMPUS. Modelo TJF-160VR
FABRICANTE: Olympus Medical Systems Corporation, Japón.
DISTRIBUIDOR: Olympus Iberia, S.A.U., sita en Pl. Europa, 29-31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

Palma, 21 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer



Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA