G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados contenedores del instrumental del sistema de hombro Comprehensive, debido a que no cumplen con las recomendaciones de peso de las normas ANSI/AAMI ST79 e ISO 17665-2006 vigentes.

PRODUCTO
Contenedores del Instrumental del Sistema de Hombro Comprehensive. Referencias 595608, 595260 y 595261.

Ref.: PS295/18

Us comunic que en data 01-6-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 01-6-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados contenedores del instrumental del sistema de hombro Comprehensive, debido a que no cumplen con las recomendaciones de peso de las normas ANSI/AAMI ST79 e ISO 17665-2006 vigentes.

PRODUCTO
Contenedores del Instrumental del Sistema de Hombro Comprehensive. Referencias 595608, 595260 y 595261.

FABRICANTE
Zimmer Biomet, EEUU.

DISTRIBUIDOR
ZIMMER BIOMET SPAIN,S.L.U. calle Metalurgia, 32-34, Edificio Sertram II, 08038 Barcelona."

Palma, 1 de juny de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA