



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado del lote 8010514 del contenedor de orina BD Vacutainer, número de catálogo 364941 al haberse detectado que en algunas unidades de dicho lote falta la aguja.

PRODUCTO

Contenedor de orina BD Vacutainer™ número de catálogo 364941

Ref.: PS303/18

Us comunic que en data 07-6-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 07-6-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado del lote 8010514 del contenedor de orina BD Vacutainer, número de catálogo 364941 al haberse detectado que en algunas unidades de dicho lote falta la aguja.

PRODUCTO

Contenedor de orina BD Vacutainer™ número de catálogo 364941

Nº LOTE

8010514

FABRICANTE

Becton Dickinson and Company, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid)"

Palma, 7 de juny de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer