



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y reemplazo de los tornillos de fijación de las camillas de tratamiento Podolog Moon profesional que se encuentran entre el sistema de elevación y el asiento (10 tornillos), debido a la posibilidad de que se produzca un aflojamiento en alguno de los tornillos.

PRODUCTO

Camilla de tratamiento Podolog Moon Professional

Ref.: PS307/18

Us comunic que en data 19-6-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-6-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad y reemplazo de los tornillos de fijación de las camillas de tratamiento Podolog Moon profesional que se encuentran entre el sistema de elevación y el asiento (10 tornillos), debido a la posibilidad de que se produzca un aflojamiento en alguno de los tornillos.

PRODUCTO

Camilla de tratamiento Podolog Moon Professional

FABRICANTE

Hellmut Ruck GmbH, 75305 Neuenbuerg, Alemania

DISTRIBUIDOR

ROBE-MEDWORLD S.L., Camino de Camojan, s/n, 29602 Marbella (Málaga), España"

Palma, 19 de juny de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias