



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y retirada del mercado de determinados códigos y lotes de las suturas de seda torcida azul de tamaño 8-0, debido a que pueden no cumplir los requisitos individuales y promedio de tensión de rotura durante el periodo de validez de 5 años, lo que podría provocar la rotura de la sutura durante el uso.

PRODUCTO

Suturas de seda torcida azul 8-0.

Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso empresa.

Ref.: PS331/20

Us comunic que en data 01-7-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 01-7-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad y retirada del mercado de determinados códigos y lotes de las suturas de seda torcida azul de tamaño 8-0, debido a que pueden no cumplir los requisitos individuales y promedio de tensión de rotura durante el periodo de validez de 5 años, lo que podría provocar la rotura de la sutura durante el uso.

PRODUCTO

Suturas de seda torcida azul 8-0.

Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso empresa.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso empresa.

FABRICANTE

ETHICON LLC, EEUU



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Johnson & Johnson Medical S.A., Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid."

Palma, 1 de juliol de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda