



Asunto/assumpte: Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las suturas quirúrgicas SAFIL y NOVOSYN debido a la posibilidad de que tengan el envase exterior dañado y como consecuencia la esterilidad del producto podría verse comprometida.

PRODUCTO

Suturas quirúrgicas estériles SAFIL® y NOVOSYN®.

Ref.: PS336/18

Us comunic que en data 22-6-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 22-6-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las suturas quirúrgicas SAFIL y NOVOSYN debido a la posibilidad de que tengan el envase exterior dañado y como consecuencia la esterilidad del producto podría verse comprometida.

PRODUCTO

Suturas quirúrgicas estériles SAFIL® y NOVOSYN®.

REFERENCIA Y Nº LOTE

Ver referencias y nos de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

B. Braun Surgical, S.A., España

DISTRIBUIDOR

B. Braun Surgical, S.A., sita en carretera de Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona"

Palma, 22 de juny de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias