



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la sonda LoFric Origo, 40 cm, debido a la posibilidad de que tengan las puntas dañadas y pegadas en el sellado del envase comprometiendo su esterilidad.**

#### **PRODUCTO**

**Sonda LoFric Origo 40cm, punta Nelaton y Tieman (ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa)**

#### **Ref.: PS379/20**

Us comunic que en data 07-7-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 07-7-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la sonda LoFric Origo, 40 cm, debido a la posibilidad de que tengan las puntas dañadas y pegadas en el sellado del envase comprometiendo su esterilidad.

#### **PRODUCTO**

Sonda LoFric Origo 40cm, punta Nelaton y Tieman (ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa)

#### **FINALIDAD PREVISTA**

Sonda estéril de un solo uso destinada a la cateterización urinaria intermitente en adultos

#### **Nº LOTE**

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

#### **FABRICANTE**

Wellspect Healthcare, Suecia



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Wellspect Healthcare Iberia. Passeig de la Zona Franca, 111. Planta 5ª. Edifici Auditori - Porta Firal.  
C.P. 08038 Barcelona"

**SE ADJUNTA:**

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS 24/2020

Palma, 7 de juliol de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda