G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con los Monitores/Desfibriladores HeartStart MRx debido a la posibilidad de que el selector de energía falle, ocasionando un retraso o fallo en la administración de la desfibrilación prevista.

PRODUCTOS
Monitores/Desfibriladores HeartStart MRx, modelos 861288, M3535A, 861289, M3536A
Ref.: PS442/20

Us comunic que en data 31-7-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 31-7-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con los Monitores/Desfibriladores HeartStart MRx debido a la posibilidad de que el selector de energía falle, ocasionando un retraso o fallo en la administración de la desfibrilación prevista.

PRODUCTOS
Monitores/Desfibriladores HeartStart MRx, modelos 861288, M3535A, 861289, M3536A

FABRICANTE
Philips Medical Systems. EE UU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U., C/ María de Portugal, 1; CP 28050, Madrid."

Palma, 31 de juliol de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es