



Asunto/assumpte: Notificación por parte de las autoridades de Irlanda de la detección de termómetros fabricados por distintas empresas que no cumplen con los requisitos de la legislación de productos sanitarios al ser comercializados sin número de identificación del organismo notificado y/o los datos del representante autorizado.

PRODUCTOS

Termómetros

Ref.: PS456/20

Us comunic que en data 05-8-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 05-8-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

" Notificación por parte de las autoridades de Irlanda de la detección de termómetros fabricados por distintas empresas que no cumplen con los requisitos de la legislación de productos sanitarios al ser comercializados sin número de identificación del organismo notificado y/o los datos del representante autorizado.

PRODUCTOS

Termómetros

FABRICANTES Zhangye Medical Equipment; Shenzhen Zeng Kang Technology Co., Ltd; Yiwu Eten Electronics., Zhejiang, China; Cixi YoungKe Electrical Appliance Co., Ltd / Hangzhou Universal Electronic Co. Ltd./ Cixi YoungKe / Cixi City Jiaji Electrical; Jiang Ji Sesumg Science and Technology Ltd; Shenzen yostand Technology Co. Ltd; Putian Kojoe Industrial Co. Ltd; Shenzhen Feiyu Medical Tech Co. Ltd.; Jiangxi Hongyoda Communication Ltd.; Hunan JRT Medical Devices Co. Ltd.; Shenzhen Oskyoo Technology Co. Ltd.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A continuación se incluye los modelos de los termómetros en los que se ha detectado dicho incumplimiento:

Fabricante Zhangye Medical Equipment Modelo Kangyoumei Non Contact Infrared Thermometer - model T-01

Fabricante Shenzhen Zeng Kang Technology Co., Ltd. Modelo JZIKI Infrared Forehead Thermometer model JZK-601

Fabricante Yiwu Eten Electronics., Zhejiang, China Modelo Digital Thermometer

Fabricante Cixi YoungKe Electrical Appliance Co., Ltd / Hangzhou Universal Electronic Co. Ltd./ Cixi YoungKe / Cixi City Jiaji Electrical Modelo Digital Thermometer GF-MT502



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Fabricante Jiang Ji Sesumg Science and Technology Ltd. Modelo Non-contact electronic thermometer C-Cov2019

Fabricante Shenzen yostand Technology Co. Ltd. Modelo YS-ET03

Fabricante Putian Kojoe Industrial Co. Ltd Modelo k-005

Fabricante Shenzhen Feiyu Medical Tech Co. Ltd. Modelo Medical Infrared Thermometer FY-01

Fabricante Jiangxi Hongyoda Communication Ltd. Modelo Infrared Thermometer YODA-001

Fabricante Hunan JRT Medical Devices Co. Ltd. Modelo JRT-017

Fabricante Shenzhen Oskyyo Technology Co. Ltd. Modelo YB-009; YB-008

Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/> "

Palma, 5 d'agost de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda