



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte:** Advertencia de seguridad relacionada con un posible fallo mecánico en uno de los brazos del cierre de seguridad de determinadas Camillas Concerto y Basic, que puede generar la apertura involuntaria del soporte lateral y el potencial riesgo de caída del paciente.

**PRODUCTO:**

- Camillas de ducha Concerto y Basic, modelos BAB2000-01 y BAB5000-01, fabricadas entre noviembre de 2018 y junio de 2019, rango de números de serie: P0512263 a P0551621.
- Camillas Concerto y Basic equipadas con las siguientes piezas de recambio afectadas (cierre de seguridad): 8451622, 8546608, S8533571-031, S8533572-031, S8533570-031, S8542201-014, S8523559-031, 100-805-03, 100-806-03, durante intervenciones de servicio técnico del 27 de noviembre de 2018 al 14 de junio de 2019.

**Ref.: PS518/19**

Us comunic que en data 20-9-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 20-9-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con un posible fallo mecánico en uno de los brazos del cierre de seguridad de determinadas Camillas Concerto y Basic, que puede generar la apertura involuntaria del soporte lateral y el potencial riesgo de caída del paciente.

**PRODUCTO:**

- Camillas de ducha Concerto y Basic, modelos BAB2000-01 y BAB5000-01, fabricadas entre noviembre de 2018 y junio de 2019, rango de números de serie: P0512263 a P0551621.
- Camillas Concerto y Basic equipadas con las siguientes piezas de recambio afectadas (cierre de seguridad): 8451622, 8546608, S8533571-031, S8533572-031, S8533570-031, S8542201-014, S8523559-031, 100-805-03, 100-806-03, durante intervenciones de servicio técnico del 27 de noviembre de 2018 al 14 de junio de 2019.

**FABRICANTE:**

ArjoHuntleigh AB, Suecia.



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR:  
ARJO IBERIA S.L., C/ Alguer 7, Nave 4, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona."

Palma, 20 de setembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda