



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que cuando se realiza una radiografía con el detector de rayos X inalámbrico TFP-4336W, no se complete la transmisión de la imagen desde el detector y no se forme ninguna imagen radiográfica.**

**PRODUCTO**

**Sistema de radiografía digital DRAD-3000E (RadRex-i).**

**Ref.: PS051/18**

Us comunic que en data 31-1-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 31-1-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que cuando se realiza una radiografía con el detector de rayos X inalámbrico TFP-4336W, no se complete la transmisión de la imagen desde el detector y no se forme ninguna imagen radiográfica.

**PRODUCTO**

**Sistema de radiografía digital DRAD-3000E (RadRex-i).**

**FABRICANTE**

Canon Medical Systems Corporation, Japón.

**DISTRIBUIDOR**

Canon Medical Systems, S.A. Camino de la Zarzuela, 19 3ª planta, 28023 Madrid."

Palma, 31 de gener de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

