



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con posibles vulnerabilidades de ciberseguridad identificadas en determinados sistemas de anestesia Aespire 7100/Carestation y Aestiva 7100/7900/MRI, cuando se conectan a la red del hospital.**

**PRODUCTO:**

**Dispositivos de anestesia Aespire 7100/Carestation (versión de software 1.x), fabricados antes de octubre de 2010.**

**Dispositivos de anestesia Aestiva 7100 (versión de software 1.x), fabricados antes de febrero de 2014.**

**Dispositivos de anestesia Aestiva 7900 (versión de software 1.x, 2.x y 3.x), fabricados antes de marzo de 2004.**

**Dispositivos de anestesia Aestiva MRI (versión de software 3.x), fabricados antes de julio de 2014.**

**Ref.: PS522/19**

Us comunic que en data 24-9-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 24-9-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Advertencias de seguridad relacionadas con posibles vulnerabilidades de ciberseguridad identificadas en determinados sistemas de anestesia Aespire 7100/Carestation y Aestiva 7100/7900/MRI, cuando se conectan a la red del hospital.

**PRODUCTO:**

Dispositivos de anestesia Aespire 7100/Carestation (versión de software 1.x), fabricados antes de octubre de 2010.

Dispositivos de anestesia Aestiva 7100 (versión de software 1.x), fabricados antes de febrero de 2014.

Dispositivos de anestesia Aestiva 7900 (versión de software 1.x, 2.x y 3.x), fabricados antes de marzo de 2004.

Dispositivos de anestesia Aestiva MRI (versión de software 3.x), fabricados antes de julio de 2014.

FABRICANTE: Datex-Ohmeda, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR: General Electric Healthcare España, SA. C/ Gobelos 35-37, 28023 Madrid".

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>





G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

Palma, 24 de setembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

