



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con las tiras de orina iChemVELOCITY, referencia 800-7204, al habertse identificado una discrepancia en el prospecto y en las instrucciones de uso sobre el límite de interferencia de glucosa en los leucocitos.

PRODUCTO

Tiras de química de orina IChemVELOCITY, referencia 800-7204.

Ref.: PS545/19

Us comunic que en data 09-10-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 09-10-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con las tiras de orina iChemVELOCITY, referencia 800-7204, al habertse identificado una discrepancia en el prospecto y en las instrucciones de uso sobre el límite de interferencia de glucosa en los leucocitos.

PRODUCTO: Tiras de química de orina IChemVELOCITY, referencia 800-7204.

FABRICANTE: Beckman Coulter, Irlanda.

DISTRIBUIDOR: Beckman Coulter S.L.U., Torre Realía, Plaza Europa 41-43, 4ª planta, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona"

Palma, 9 d'octubre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda