



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de productos implantables e instrumentos para traumatología Biomet, fabricados antes de marzo de 2018, debido a la posibilidad de que los procesos de limpieza realizados antes de la fecha mencionada puedan dar lugar a niveles elevados de endotoxina bacteriana y desechos residuales en los productos.

PRODUCTO

Productos implantables e instrumentos para traumatología Biomet, fabricados antes de marzo de 2018, que figuran en el anexo 2-Lista de productos de la Nota de Aviso de la empresa.

Ref.: PS553/19

Us comunic que en data 25-10-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 25-10-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de productos implantables e instrumentos para traumatología Biomet, fabricados antes de marzo de 2018, debido a la posibilidad de que los procesos de limpieza realizados antes de la fecha mencionada puedan dar lugar a niveles elevados de endotoxina bacteriana y desechos residuales en los productos.

PRODUCTO

Productos implantables e instrumentos para traumatología Biomet, fabricados antes de marzo de 2018, que figuran en el anexo 2-Lista de productos de la Nota de Aviso de la empresa.

FABRICANTE

Biomet Orthopedics, EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U.,C/Metalurgia 32, planta 1 08038 Barcelona."

Palma, 25 d'octubre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda