



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad, actualización del manual de cobas h232 así como de la hoja metódica de las tiras Trop T sensitive, con instrucciones de cómo reconocer y manipular una pipeta cardiaca defectuosa.**

**PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA**

**Cardiac pipettes 150 ul 20 pc, referencia 11622889190, utilizadas con el medidor cobas h 232 o con las tiras TROP T sensitive**

**Ref.: PS564/19**

Us comunic que en data 25-10-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 25-10-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad, actualización del manual de cobas h232 así como de la hoja metódica de las tiras Trop T sensitive, con instrucciones de cómo reconocer y manipular una pipeta cardiaca defectuosa.

**PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA**

**Cardiac pipettes 150 ul 20 pc, referencia 11622889190, utilizadas con el medidor cobas h 232 o con las tiras TROP T sensitive**

**FINALIDAD PREVISTA**

Las pipetas Roche CARDIAC están diseñadas para obtener 150 µl de muestra del tubo de extracción de sangre y aplicarla en las tiras reactivas CARDIAC de Roche para su lectura en el medidor cobas h 232 y en las Trop t sensitive

**FABRICANTE**

Roche Diagnostics GmbH, Alemania.



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR  
Roche Diagnostics S.L.U., Avda. de la Generalitat, 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona."

Palma, 25 d'octubre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda