



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados lotes de casetes reservorio de medicación CADD® de 50 y 100 ml sin interrupción de flujo, con códigos 21-7001-24, 21-7002-24 y 21-7100-24, debido a que pueden haber sido fabricados con una placa de presión equivocada.

PRODUCTO

Depósito Medication Cassette CADD™ (sin interrupción de flujo) con códigos 21-7001-24, 21-7002-24 y 21-7100-24.

Ref.: PS626/17

Us comunic que en data 19-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados lotes de casetes reservorio de medicación CADD® de 50 y 100 ml sin interrupción de flujo, con códigos 21-7001-24, 21-7002-24 y 21-7100-24, debido a que pueden haber sido fabricados con una placa de presión equivocada.

PRODUCTO

Depósito Medication Cassette CADD™ (sin interrupción de flujo) con códigos 21-7001-24, 21-7002-24 y 21-7100-24.

FINALIDAD PREVISTA

Producto diseñado para ser usado con una variedad de Bombas CADD® para la administración de medicamentos.

Nº LOTE

La empresa ha facilitado a cada centro los números de lote afectados.

FABRICANTE

Smiths Medical, EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, SRL, Av. Diagonal, 635, 08028 Barcelona."

Palma, 19 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias