Asunto/assumpte: Retirada del mercado al haberse detectado que los dos lotes se mezclaron inadvertidamente durante el proceso de fabricación, de tal manera que el producto contenido en el embalaje podría no corresponderse con el producto indicado en la etiqueta.
PRODUCTO: Implantes dentales Tapered Screw-Vent, referencias TSVTB10 y TSV4B10.
Ref.: PS644/17

Us comunic que en data 26-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:


Le comunico que en fecha 26-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Retirada del mercado al haberse detectado que los dos lotes se mezclaron inadvertidamente durante el proceso de fabricación, de tal manera que el producto contenido en el embalaje podría no corresponderse con el producto indicado en la etiqueta.
PRODUCTO: Implantes dentales Tapered Screw-Vent, referencias TSVTB10 y TSV4B10.

Nº LOTE
- Referencia TSVTB10, lote 63621027
- Referencia TSV4B10, lote 63619437
FABRICANTE: Zimmer Dental. Estados Unidos.
DISTRIBUIDOR: Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U. C/ Tirso de Molina, 40. WTC Almeda Park, Edificio 4, Planta 2. 08940 Cornellà de Llobregat. Barcelona.

Palma, 27 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer



Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA