



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados lotes de mantas Térmicas 3M™ Bair Hugger, debido a la posibilidad de sufrir una oclusión de aire y como consecuencia, tener un inflado parcial o limitado durante su uso.

PRODUCTO: 3M™ Bair Hugger™ Warming / Cooling blanket, Manta Térmica, Modelo 63500. Nº LOTE: ver nos de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

Ref.: PS065/18

Us comunic que en data 08-2-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 08-2-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Retirada del mercado de determinados lotes de mantas Térmicas 3M™ Bair Hugger, debido a la posibilidad de sufrir una oclusión de aire y como consecuencia, tener un inflado parcial o limitado durante su uso.

PRODUCTO: 3M™ Bair Hugger™ Warming / Cooling blanket, Manta Térmica, Modelo 63500

Nº LOTE: ver nos de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE: 3M Health Care,EEUU.

DISTRIBUIDOR: 3M España,calle Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid.

Palma, 8 de febrer de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias