



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado.

PRODUCTO:

Depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores de algodón

Ref.: PS077/20

Us comunic que en data 13-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 13-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado.

PRODUCTO:

Depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores de algodón.

FABRICANTE:

Wujiang Yongcheng Wooden Products Factory, China.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Datos del certificado CE falsificado:

Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD (0123)

Número de certificado: G2S 09 11 71160 001

Fabricante: Wujiang Yongcheng Wooden Products Factory, China

Producto: Depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores de algodón



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

Fecha de emisión: 22 diciembre 2017
Fecha de caducidad: 21 diciembre 2022."

SE ADJUNTA:
Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 3/2020

Palma, 17 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda

La AEMPS informa sobre la detección de un certificado de marcado CE falsificado de la empresa Wujiang Yongcheng Wooden Products Factory

Fecha de publicación: 14 de febrero de 2020
Categoría: productos sanitarios, certificado CE falso
Referencia: PS 3/2020

- **Se trata de una comunicación recibida por parte de las autoridades sanitarias alemanas relativa a la detección de un certificado de marcado CE falsificado por haberse ampliado ilegalmente su fecha de validez**
- **Los productos afectados son “depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores con punta de algodón**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido una comunicación de las autoridades sanitarias alemanas relativa a la detección de un certificado de marcado CE falsificado por haberse ampliado ilegalmente su fecha de validez

De acuerdo con la información facilitada, las autoridades alemanas detectaron un certificado falsificado emitido el 22 de diciembre de 2017 por el Organismo Notificado alemán TÜV SÜD, cuyo número de identificación es el 0123, para el fabricante Wujiang Yongcheng Wooden Products Factory, China, y para los productos “depresores linguales de madera, espátulas de Ayre de madera y aplicadores con punta de algodón”, con número de certificado G2S 09 11 71160 001 y fecha de caducidad 21 de diciembre de 2022.

La AEMPS comunica, a efectos de control de mercado, que en este certificado falsificado se ha ampliado ilegalmente la fecha de validez del mismo.