



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con las tapas inferiores de deslizamiento de los tubos bucales Snaplink, 18° 0° 12°, números de pieza 438-2190, 438-2191, ya que podría producirse un fallo funcional haciendo que el diente gire.**

**PRODUCTO**

**Tubo bucal Snaplink, 18° 0° 12°, números de pieza 438-2190, 438-2191.**

**Ref.: PS097/20**

Us comunic que en data 19-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con las tapas inferiores de deslizamiento de los tubos bucales Snaplink, 18° 0° 12°, números de pieza 438-2190, 438-2191, ya que podría producirse un fallo funcional haciendo que el diente gire.

**PRODUCTO**

Tubo bucal Snaplink, 18° 0° 12°, números de pieza 438-2190, 438-2191.

**FINALIDAD PREVISTA**

Tubo de aparato de ortodoncia, indicado para el movimiento ortodóncico de los dientes

**FABRICANTE**

Ormco Corporation, EEUU



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332, Via Passanti, 332. Scafati. Italia"

Palma, 19 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda