



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Cese de utilización del lote 1007679480 del Kit VIDAS® NT-proBNP2 referencia 30458, debido a que no puede realizarse su calibración en el instrumento VIDAS® PC .

PRODUCTO

Kit VIDAS® NT-proBNP2, referencia 30458.

Ref.: PS076/20

Us comunic que en data 10-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 10-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de utilización del lote 1007679480 del Kit VIDAS® NT-proBNP2 referencia 30458, debido a que no puede realizarse su calibración en el instrumento VIDAS® PC .

PRODUCTO:

Kit VIDAS® NT-proBNP2, referencia 30458.

FINALIDAD PREVISTA:

Prueba cuantitativa automatizada para su uso en los equipos de la familia VIDAS que permite la detección del fragmento N terminal del péptido natriurético cerebral en suero humano o plasma (heparina de litio o sodio) por técnica ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay).

Se utiliza como ayuda en el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca.

Nº LOTE AFECTADO EN ESPAÑA:

1007679480

FABRICANTE:

bioMérieux S.A., Francia



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR:

bioMérieux España. Calle Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid."

Palma, 10 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda