



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut
Direcció General de Planificació,
Avaluació i Farmàcia

Asunto/assumpte: Posibilidad de que se produzca un movimiento incontrolado de la "Mesa Elevadora Eléctrica", fabricada por IBA Dosimetry GmbH, Alemania.

PRODUCTOS AFECTADOS: Mesa Elevadora Eléctrica Telescópica, números de catálogo HA03-000#002 y HA03-010#002, fabricada por IBA Dosimetry GmbH, Alemania.

Ref.: PS007/16

Us comunic que en data 05-1-2016 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 05-1-2016 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicación de la empresa IBA Dosimetry GmbH, Alemania, al haberse detectado la posibilidad de que se produzca un movimiento incontrolado de la "Mesa Elevadora Eléctrica, fabricada por IBA Dosimetry GmbH, Alemania. Este producto se distribuye en España a través de la empresa BIOTERRA, Biología y Técnica de la Radiación, S.L., sita en C/ Cerro de los Perdigones 1, Local 1, CP 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La Mesa Elevadora Eléctrica es un accesorio para el transporte del producto sanitario Blue Phantom2, fantoma de agua 3D modular, utilizado en la evaluación y control de calidad de aceleradores lineales.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, cuando la mesa elevadora está conectada a la red eléctrica puede comenzar a subir de manera descontrolada.



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut
Direcció General de Planificació,
Avaluació i Farmàcia

La empresa ha remitted una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los centros que disponen de los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a seguir por cada uno de ellos, hasta que se lleve a cabo el reemplazo del control de mano y su cable por un nuevo diseño, que solucionará el problema."

Palma, 5 de gener de 2016

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Joan Pou Bordoy
p.d.(resolució 06/07/2015)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20 Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

