



**Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE) debido a la posibilidad de que el luer macho de la alargadera se desconecte del luer hembra del dispositivo al que está conectado.**

**PRODUCTO**

**Alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE). Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.**

**Ref.: PS103/20**

Us comunic que en data 19-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE) debido a la posibilidad de que el luer macho de la alargadera se desconecte del luer hembra del dispositivo al que está conectado.

**PRODUCTO**

Alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE). Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**

Alargadera para inyección directa, infusión intermitente, infusión continua o aspiración

**Nº LOTE**

Ver nos de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

**FABRICANTE**

Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co Ltd, China



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Becton Dickinson España S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. San Agustín de Guadalix. 28750 Madrid"

Palma, 19 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda