



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con las instrucciones de carga de la rasuradora para evitar una potencial degradación de la batería de iones de litio que podría ocasionar un excesivo calentamiento durante el funcionamiento o un fallo en la carga.

PRODUCTO

3M™ Rasuradora quirúrgica profesional, modelo 9681

Ref.: PS104/18

Us comunic que en data 27-2-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 27-2-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con las instrucciones de carga de la rasuradora para evitar una potencial degradación de la batería de iones de litio que podría ocasionar un excesivo calentamiento durante el funcionamiento o un fallo en la carga.

PRODUCTO

3M™ Rasuradora quirúrgica profesional, modelo 9681

FABRICANTE

3M Healthcare, EEUU.

DISTRIBUIDOR

3M Iberia, sita en C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid"

Palma, 27 de febrer de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias