



**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con las instrucciones de carga de la rasuradora para evitar una potencial degradación de la batería de iones de litio que podría ocasionar un excesivo calentamiento durante el funcionamiento o un fallo en la carga.**

**PRODUCTO**

**3M™ Rasuradora quirúrgica profesional, modelo 9681**

**Ref.: PS104/18 (BIS)**

Us comunic que en data 13-6-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 13-6-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con las instrucciones de carga de la rasuradora para evitar una potencial degradación de la batería de iones de litio que podría ocasionar un excesivo calentamiento durante el funcionamiento o un fallo en la carga.

**PRODUCTO**

**3M™ Rasuradora quirúrgica profesional, modelo 9681**

**FABRICANTE**

**3M Healthcare, EEUU.**

**DISTRIBUIDOR**

**3M Iberia, sita en C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid"**

**Observacions addicionals**

La empresa ha ampliado el alcance de la acción correctiva a clientes a los que también se les ha distribuido el material fungible "3M™ 9680 Cuchilla Profesional para Rasuradora Quirúrgica New Generation®", con la finalidad de asegurar que la nota de aviso llega a todos los usuarios potenciales del producto.

Palma, 13 de juny de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias