



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados lotes debido a un problema relativo a la estabilidad.

PRODUCTO

- Alérgeno c5 ImmunoCAP, Ampicilina, número de artículo 14-4450-01
- Alérgeno c6 ImmunoCAP, Amoxicilina, número de artículo 14-4451-01

Ref.: PS011/18

Us comunic que en data 08-1-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 08-1-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados lotes debido a un problema relativo a la estabilidad.

PRODUCTO

- Alérgeno c5 ImmunoCAP, Ampicilina, número de artículo 14-4450-01
- Alérgeno c6 ImmunoCAP, Amoxicilina, número de artículo 14-4451-01

Nº LOTE

Artículo 14-4450-01: Lotes 990DS, 990DT, 990DU, 990DV, 990DW 990DX, 990DY, 990DZ.

Artículo 14-4451-01: Lotes 991DA, 991DB, 991DC, 991D7, 991D8, 991D9.

FABRICANTE

Phadia AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U; Avda. Alcalde Barnils, 70, 2ª planta, 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona)."

Palma, 8 de gener de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

