



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados números de referencia de los casquillos de guía de aguja para biopsia estereotáctica de mama Cytoguide por un defecto del material que podría llevar a su fractura durante el procedimiento.

PRODUCTO

Casquillos de guía de aguja para biopsia estereotáctica de mama Cytoguide GA12, GA14, GA16, GA18, GA20, GA20 OPEN y GA22.

Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

Ref.: PS127/20

Us comunic que en data 03-3-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 03-3-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados números de referencia de los casquillos de guía de aguja para biopsia estereotáctica de mama Cytoguide por un defecto del material que podría llevar a su fractura durante el procedimiento.

PRODUCTO

Casquillos de guía de aguja para biopsia estereotáctica de mama Cytoguide GA12, GA14, GA16, GA18, GA20, GA20 OPEN y GA22.

Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Turon Medtech AB, Suecia



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Ire Rayos X, S.A. Calle Isla de Palma, 22 Bis. San Sebastián de los Reyes. C.P. 28703. Madrid"

Palma, 3 de març de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda