



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad debido a una anomalía en la actualización del software a la versión 8.01, que puede provocar que los datos de las tarjetas no se transfieran al ordenador y se pierdan después de la eliminación del registro.**

**PRODUCTO**

**Sistema VITEK® 2 Compact 15**

**Sistema VITEK® 2 Compact 30**

**Nº referencia: 27415, 27415R, 27530, 27530R, 27630, 27630R**

**Ref.: PS130/18**

Us comunic que en data 14-3-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 14-3-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad debido a una anomalía en la actualización del software a la versión 8.01, que puede provocar que los datos de las tarjetas no se transfieran al ordenador y se pierdan después de la eliminación del registro.

**PRODUCTO**

**Sistema VITEK® 2 Compact 15**

**Sistema VITEK® 2 Compact 30**

**Nº referencia: 27415, 27415R, 27530, 27530R, 27630, 27630R**

**FINALIDAD PREVISTA**

Sistema automatizado diseñado para realizar test de identificación de microorganismos y de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias y levaduras.

**VERSION SOFTWARE**

Versión 8.01

**FABRICANTE**

bioMerieux Inc, EEUU.



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**  
bioMerieux España, S.A. Calle de Manuel Tovar 45 - 47, 28034 Madrid."

Palma, 14 de març de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

