



Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los sistemas de mezcla al vacío y aplicación de cementos óseos PALAMIX® UNO y PALAMIX® DUO, para evitar el riesgo de cierre inadecuado del cartucho y que la tapa se desprenda del cartucho antes o durante la aplicación del cemento.

PRODUCTO

- Palamix® Uno; Referencia 66057893
- Palamix® Duo; Referencia 66057897

Ref.: PS157/20

Us comunic que en data 20-3-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 20-3-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los sistemas de mezcla al vacío y aplicación de cementos óseos PALAMIX® UNO y PALAMIX® DUO, para evitar el riesgo de cierre inadecuado del cartucho y que la tapa se desprenda del cartucho antes o durante la aplicación del cemento.

PRODUCTO

- Palamix® Uno; Referencia 66057893
- Palamix® Duo; Referencia 66057897

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de mezcla al vacío y aplicación de cementos óseos

Nº LOTE

Todos los números de lote

FABRICANTE

Heraeus Medical GmbH, Alemania



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Heraeus S.A., C/Forjadores N°16. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)"

Palma, 20 de març de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda