G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Actualización de las instrucciones de uso de los clips de Titanio DS para ligadura, al incluir dentro del apartado de contraindicaciones el cierre arteriovenoso renal en el marco de la donación en vida de riñones.

PRODUCTO
Clips de Titanio DS para ligadura.

Ref.: PS033/18

Us comunic que en data 22-1-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 22-1-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Actualización de las instrucciones de uso de los clips de Titanio DS para ligadura, al incluir dentro del apartado de contraindicaciones el cierre arteriovenoso renal en el marco de la donación en vida de riñones.

PRODUCTO
Clips de Titanio DS para ligadura.

FINALIDAD PREVISTA
Clips para la ligadura de vasos sanguíneos y órganos huecos y para la marcación de estructuras anatómicas.

REFERENCIAS Y LOTE
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Aesculap AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
B Braun Surgical, S.A., sita en Carretera de Terrasa, 121; 08191 Rubí, Barcelona."

Palma, 22 de gener de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA