



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Vástagos humerales de prueba del sistema de hombro modular total TITAN debido a la posible rotura de los productos durante su utilización.**

**PRODUCTO**

**Vástagos humerales de prueba del sistema de hombro modular total TITAN TM (TSS).**

**Ref.: PS044/18**

Us comunic que en data 25-1-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 25-1-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Vástagos humerales de prueba del sistema de hombro modular total TITAN debido a la posible rotura de los productos durante su utilización.

**PRODUCTO**

**Vástagos humerales de prueba del sistema de hombro modular total TITAN TM (TSS).**

**Nº LOTE**

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**

Integra LifeSciences (Ascension Orthopedics), EEUU

**DISTRIBUIDOR**

MBA INCORPORADO S.L. AVDA. JARDIN BOTANICO,1345 "SILOS DEL INTRA" 33203 GIJON"

Palma, 25 de gener de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

