



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los catéteres guía Guider Softip™ XF, debido al posible riesgo de degradarse durante la vida útil del producto.

PRODUCTO

Catéteres guía Guider Softip™ XF

Ref.: PS047/18

Us comunic que en data 30-1-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 30-1-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficina del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los catéteres guía Guider Softip™ XF, debido al posible riesgo de degradarse durante la vida útil del producto.

PRODUCTO

Catéteres guía Guider Softip™ XF

FINALIDAD PREVISTA

Los catéteres guía Guider Softip XF están indicados para facilitar la colocación de dispositivos de intervención en el sistema neurovascular.

Nº Lote

Ver referencias y nºs de lotes afectados en el anexo a la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Boston Scientific Corporation, EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia, S.L., C/ Sepúlveda, 17, 28108 Alcobendas, Madrid."

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Nota de aviso empresa

Listado con referencias y números de lotes afectados

Palma, 30 de gener de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

