



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados lotes del protector dental PRODENT debido a la posibilidad de que la masilla se desprege y caiga en la boca del paciente.**

**PRODUCTO**  
**Protector dental PRODENT**  
**Ref.: PS531/18**

Us comunic que en data 16-10-2018 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 16-10-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficina del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados lotes del protector dental PRODENT debido a la posibilidad de que la masilla se desprege y caiga en la boca del paciente.

**PRODUCTO**  
Protector dental PRODENT

**FINALIDAD PREVISTA**  
Protección de la dentadura en procedimiento de intubación endotraqueal.

**Nº LOTES**  
- LOT P041308 (fecha caducidad: 2018-11)  
- LOT P041509 (fecha caducidad: 2020-04)  
- LOT P041610 (fecha caducidad: 2021-06)

**FABRICANTE**  
INGENIERÍA MÉDICA S.L., C/Alicante 43, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

**DISTRIBUIDOR**  
PRIM S.A., C/ F nº 15, Polígono Industrial nº 1, 28938 Móstoles, Madrid"

Palma, 16 d'octubre de 2018

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

