



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Cese de la utilización del lote 1007821050 del producto VIDAS® FT4, al haberse identificado un problema de heterogeneidad que puede conducir a resultados subestimados o sobreestimados o a una calibración no válida.

PRODUCTO

VIDAS® FT4. Referencia 30459

Ref.: PS594/20

Us comunic que en data 15-10-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 15-10-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de la utilización del lote 1007821050 del producto VIDAS® FT4, al haberse identificado un problema de heterogeneidad que puede conducir a resultados subestimados o sobreestimados o a una calibración no válida.

PRODUCTO

VIDAS® FT4. Referencia 30459

FINALIDAD PREVISTA

Inmunoensayo enzimático cuantitativo automatizado que se utiliza con los instrumentos de la familia VIDAS®, para determinar tiroxina libre (FT4) en suero o plasma humano.

Nº LOTE

1007821050.

FABRICANTE

bioMérieux SA. Francia.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

bioMérieux España S.A.U. Calle Manuel Tovar 45-47, 28034, Madrid, España"

Palma, 15 d'octubre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda