



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte:** Advertencia de seguridad debido a que cuando se interrumpe o cancela un ciclo de lejía el analizador no muestra ningún mensaje y el sistema no enjuaga la solución de lejía residual lo suficiente antes de analizar una muestra por lo que los resultados pueden ser erróneos.

**PRODUCTO**

**Analizador de hematología de vial abierto DxH 500, referencia B40601.**

**Ref.: PS604/17**

Us comunic que en data 28-11-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 28-11-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad debido a que cuando se interrumpe o cancela un ciclo de lejía el analizador no muestra ningún mensaje y el sistema no enjuaga la solución de lejía residual lo suficiente antes de analizar una muestra por lo que los resultados pueden ser erróneos.

**PRODUCTO**

**Analizador de hematología de vial abierto DxH 500, referencia B40601.**

**VERSION SOFTWARE**

Versión de software 1.0.2 y 1.1.

**FABRICANTE**

Beckman Coulter Ireland Inc., Irlanda.



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Pza de Europa 41-43, 4<sup>a</sup> planta, L'Hospitalet de Llobregat 08908, Barcelona."

Palma, 28 de novembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

