



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados números de lote debido a que el diámetro interno de la vaina es demasiado pequeño.

PRODUCTO

Introdutores Intro-Flex® con válvula hemostática automática, número de modelo I300F85.

Ref.: PS606/17

Us comunic que en data 29-11-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 29-11-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados números de lote debido a que el diámetro interno de la vaina es demasiado pequeño.

PRODUCTO

Introdutores Intro-Flex® con válvula hemostática automática, número de modelo I300F85.

FINALIDAD PREVISTA

Los introductores percutáneos con vaina de poliuretano Intro-Flex® están indicados para usar en pacientes que requieren acceso al sistema venoso o para facilitar la introducción de un catéter.

Nº LOTE

60377826, 60377827, 60377828, 60377829, 60385727, 60385728, 60385729, 60393697, 60393698, 60393699, 60393701, 60393702 y 60393703.

FABRICANTE

Edwards Lifesciences LLC, EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Edwards Lifesciences S.L., Ronda Narciso Monturiol 11, Bloque A, Parque Tecnológico de Valencia, Paterna, 46980, Valencia."

Palma, 29 de novembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

