



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el tornillo que une la boquilla de aspiración (brazo de aspiración) y el cabezal de mando se suelte con el tiempo.

PRODUCTO

- Videobroncoscopio PENTAX, modelos EB-1170K, EB-1570, EB-1570AK, EB-1570K, EB-1970, EB-1970AK, EB-1970K, EB-1970TK
- Broncoscopio ecográfico PENTAX, modelo EB-1970UK
- Videonasofaringolaringoscopio PENTAX, modelo VNL-1570
- Videocistoscopio PENTAX, modelo ECY-1570, ECY-1570K

Fabricados antes de 30 de julio de 2010.

Ref.: PS609/17

Us comunic que en data 01-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 01-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el tornillo que une la boquilla de aspiración (brazo de aspiración) y el cabezal de mando se suelte con el tiempo.

PRODUCTO

- Videobroncoscopio PENTAX, modelos EB-1170K, EB-1570, EB-1570AK, EB-1570K, EB-1970, EB-1970AK, EB-1970K, EB-1970TK
- Broncoscopio ecográfico PENTAX, modelo EB-1970UK
- Videonasofaringolaringoscopio PENTAX, modelo VNL-1570
- Videocistoscopio PENTAX, modelo ECY-1570, ECY-1570K

Fabricados antes de 30 de julio de 2010.

FABRICANTE

HOYA Corporation, Japón.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

SIMMEDICA - Sistemas Integrales de Medicina, S.A.. Avenida del Sistema Solar 25. 28830 San Fernando de Henares, Madrid."

Palma, 1 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

