



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte:** Advertencias de seguridad relacionadas con el uso inadecuado de los sistemas de anestesia Fabius que puede provocar que la mezcla de gas se vuelva hipóxico.

**PRODUCTO**

**Sistemas de anestesia Fabius, modelos GS / GS Premium, MRI, Tiro, Plus / Plus XL con salida de gas fresco externo (ACGO)**

**Ref.: PS613/17**

Us comunic que en data 04-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 04-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con el uso inadecuado de los sistemas de anestesia Fabius que puede provocar que la mezcla de gas se vuelva hipóxico.

**PRODUCTO**

**Sistemas de anestesia Fabius, modelos GS / GS Premium, MRI, Tiro, Plus / Plus XL con salida de gas fresco externo (ACGO)**

**FINALIDAD PREVISTA**

Sistemas de anestesia por inhalación que pueden utilizarse con O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O y Aire, suministrados mediante un sistema de tubos de gas médico o mediante botellas de gas montadas externamente.

**FABRICANTE**

Drägerwerk AG & Co.KGaA, Alemania.



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ,  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**  
Dräger Medical Hispania, S.A., Xaudaró, 5, 28034, Madrid."

Palma, 4 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
María de los Ángeles Rojo Arias

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

