



**Asunto/assumpte: Notificación por parte de las autoridades de Irlanda de la detección de termómetros infrarrojos sin contacto fabricados por distintas empresas que no cumplen con los requisitos de la legislación de productos sanitarios al ser comercializados sin número de identificación del organismo notificado y/o los datos del representante autorizado.**

## **PRODUCTOS**

**Termómetros infrarrojos sin contacto**

**Ref.: PS614/20**

Us comunic que en data 30-10-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 30-10-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Notificación por parte de las autoridades de Irlanda de la detección de termómetros infrarrojos sin contacto fabricados por distintas empresas que no cumplen con los requisitos de la legislación de productos sanitarios al ser comercializados sin número de identificación del organismo notificado y/o los datos del representante autorizado.

## **PRODUCTOS**

**Termómetros infrarrojos sin contacto**

## **FABRICANTES**

Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd; Hangzhou Qingyuan Medical Equipment Technology Co., Ltd; Zhengzhou Aiqura Intelligent Technology Co., Ltd; Penrui Biotech Inc.; Hunan Honggao Electronic Technology Co. Ltd.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

A continuación se incluye los modelos de los termómetros en los que se ha detectado dicho incumplimiento:

### **Fabricante**

Información no facilitada

Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd., China

Hangzhou Qingyuan Medical Equipment Technology Co., Ltd., China

Zhengzhou Aiqura Intelligent Technology Co., Ltd., China

Penrui Biotech Inc., China

Hunan Honggao Electronic Technology Co. Ltd., China.

Información no facilitada (China)

### **Modelo**

Non contact infrared body thermometer CK-T501

Infrared thermometer LFR30B

No touch + infrared forehead thermometer QY-EWQ-01

Non-contact infrared thermometers Aiqura AD801

Infrared thermometer JRT200

Medical infrared thermometer Dikang HG01

Non-contact infrared thermometers SHENGDE

Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación:



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

<https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

Palma, 30 d'octubre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda