



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Cese de la utilización y retirada del mercado del lote 20313766 del pack personalizado para procedimientos quirúrgicos obstétricos/ginecológicos, referencia 97008487-11, al haberse detectado un problema en el proceso de sellado de los envases por lo que no se puede garantizar la esterilidad de los productos.

PRODUCTO

Kit para procedimientos quirúrgicos obstétricos/ginecológicos, de un solo uso, referencia 97008487-11

Ref.: PS618/20

Us comunic que en data 30-10-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 30-10-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Cese de la utilización y retirada del mercado del lote 20313766 del pack personalizado para procedimientos quirúrgicos obstétricos/ginecológicos, referencia 97008487-11, al haberse detectado un problema en el proceso de sellado de los envases por lo que no se puede garantizar la esterilidad de los productos.

PRODUCTO

Kit para procedimientos quirúrgicos obstétricos/ginecológicos, de un solo uso, referencia 97008487-11

Nº LOTE

20313766

FABRICANTE

Mölnlycke Health Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

Mölnlycke Health Care S.L. Edif.3 3ª Planta, Av. de la Vega, 15, 28108 Alcobendas, Madrid"

Palma, 30 d'octubre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda