



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y actualización del software de los respiradores Puritan Bennett™ serie 980, a la versión R7.1, para mejorar el sistema de gestión global de la batería y evitar un sobrecalentamiento o daño térmico en la batería.

PRODUCTO

Respirador Puritan Bennet™ serie 980, Ref. PB980

Ref.: PS620/20

Us comunic que en data 30-10-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 30-10-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad y actualización del software de los respiradores Puritan Bennett™ serie 980, a la versión R7.1, para mejorar el sistema de gestión global de la batería y evitar un sobrecalentamiento o daño térmico en la batería.

PRODUCTO

Respirador Puritan Bennet™ serie 980, Ref. PB980

FINALIDAD PREVISTA

Respirador diseñado para su uso tanto en unidades de cuidados intensivos neonatales como en pacientes adultos que requieran soporte respiratorio o ventilación mecánica y pesen como mínimo 0,3kg.

FABRICANTE

Covidien llc, Estados Unidos



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid"

Palma, 30 d'octubre de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda