



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados códigos de productos y lotes de los sensores RÜSCH debido a desviaciones en la medición de la temperatura.

PRODUCTO

- RÜSCH Sensor (Series 400) de silicona
- RÜSCH Sensor de temperatura rectal/faríngea no estéril.

Ref.: PS621/17

Us comunic que en data 11-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 11-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados códigos de productos y lotes de los sensores RÜSCH debido a desviaciones en la medición de la temperatura.

PRODUCTO

- RÜSCH Sensor (Series 400) de silicona
- RÜSCH Sensor de temperatura rectal/faríngea no estéril.

FINALIDAD PREVISTA

Medición de la temperatura corporal por vía rectal, orofaríngea y transuretral.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y Nº LOTE

Ver códigos de producto y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Teleflex Malaysia Sdn. Bdh, Malasia.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Teleflex Medical, Calle Quito s/n, Polígono Industrial Camporosso, 28806 Alcalá de Henares"

Palma, 11 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 73 20
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

