



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y corrección de las instrucciones de uso de los stents S.M.A.R.T. y PRECISE debido a la información incorrecta acerca de las condiciones para la realización de resonancia magnética (MRI) con estos stents.**

**PRODUCTO**

**Stents S.M.A.R.T. y PRECISE**

**Ver referencias afectadas en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.**

**Ref.: PS629/19**

Us comunic que en data 28-11-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 28-11-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad y corrección de las instrucciones de uso de los stents S.M.A.R.T. y PRECISE debido a la información incorrecta acerca de las condiciones para la realización de resonancia magnética (MRI) con estos stents.

**PRODUCTO**

**Stents S.M.A.R.T. y PRECISE**

**Ver referencias afectadas en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.**

**FINALIDAD PREVISTA**

**Stents autoexpandibles para la vasculatura periférica.**

**FABRICANTE**

**Cordis Corporation, EEUU.**



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Cardinal Health, Avda. de Europa 14, planta 1, Networkia Business Centre, 28108 Alcobendas, Madrid"

Palma, 28 de novembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

